



PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ALMOXARIFADO

Laudo de avaliação de amostra

Edital para registro de preços – modalidade Pregão Eletrônico Nº 002/2021

Reuniram-se na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Venécia, no dia 31 de maio de 2021, às 10:00 horas, a Equipe Técnica, com a finalidade de avaliar as amostras de EPLS para enfrentamento ao Covid atendendo as necessidades das Secretarias de Saúde e Educação, seguindo as especificações contidas no Edital Nº 002/2021, cuja amostra da empresa vencedora do certame, foi submetida ao teste visual, prático e tátil, tendo o seguinte parecer:

Item	Descrição	Marca Apresentada	Empresa	Aprov.	Reprov.	Justificativa
Item 01 –	Máscara tripla descartável c/ elástico fabricada em não tecido de estrutura plana, flexível e porosa, composto por grânulos de resina de polipropileno, unidos por processo térmico. Possui clipe para ajuste nasal em metal galvanizado e revestido com plástico. Preferencialmente cor branca ou cor neutra.	VELOFACE/ NATEK	Natek Natureza e tecnologia industrial e comercio de produtos biotecnologicos	X		
Item 02 –	Máscara N95/PFF2 – fibra sintética de falso tecido, elementos filtrantes com tratamento eletrostático, 02 fitas de borracha natural para fixação, clip nasal em alumínio, inerte e antisséptica, hipoalergênica, atóxica, formato anatômico, cor azul. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA) e INMETRO.	DELTA PLUS	Argus Atacadista Ltda	X		
Item 04 –	Avental hospitalar (odonto-médico cirúrgico) descartável (uso único). SMS, confeccionado em não tecido. 100% polipropileno. Atóxico. Eficiência de filtração bacteriológica (BFE) > 99%. Fechamento por tiras de fixação, amarração p/ traz ou p/frente na cintura e p/ traz no pescoço. Manga longa, punhos em elástico ou ribana/malha. Impermeável, gramatura	A empresa não apresentou amostra	Providence Medical Ltda			

[Handwritten signatures]



PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ALMOXARIFADO

mínima 50 gr/m2 com barreira bacteriana e viral. Preferencialmente cores suaves (branco, azul ou verde). Tamanho 1,20 cm x 1,50 cm. Deve estar de acordo com RDC nº 448/2020 (ANVISA). Apresentar laudo referente à gramatura do VFE, BFE, e laudos em concordância com a NBR 16693/2018, NBR 10993 (Biocompatibilidade), Certificação de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego. Tamanho: M, G, GG, XG O tamanho será definido na autorização de fornecimento

Item 05 -

Macacão de segurança - vestimenta de segurança, tipo macacão, confeccionado em polipropileno (não tecido) laminado, com filme de polietileno, gramatura mínima 50g/m2, fechamento frontal com zíper e pala de proteção com aba do mesmo material, elástico no capuz, punho e tornozelos. Para proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra riscos de origem química. Composição: Polipropileno e polietileno Tipo: Impermeável Aprovado pelo Ministério do Trabalho (CA) e INMETRO. Tamanho: G GG XG XGG Cor: Branco TAMANHO ALTURA (cm) CIRCUNF. TORÁCICA (cm) G 164 - 170 4 - 88 GG 170 - 176 88 - 92 XG 176 - 182 92 - 96 XGG 182 - 188 96 - 100 O tamanho será definido na autorização de fornecimento.

Item 11 -

Mascara de tecido com dupla camada M - confortável 100% algodão que proporcione maior respirabilidade, reutilizável, lavável e inclusive em máquina de lavar, com molde anatômico, com elástico flexível. Cor preferencialmente preta

	A empresa não apresentou amostra	MAC Distribuidora Eireli			
WMG	WMG Distribuidora Ltda		X	Produto especificação tamanho. Fixação elástica por costura única que impede a lavagem em máquina.	sem do



PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ALMOXARIFADO


Item 12 - Mascara de tecido com dupla camada P - confortável 100% algodão que proporcione maior respirabilidade, reutilizável, lavável e inclusive em máquina de lavar, com molde anatômico, com elástico flexível. Cor preferencialmente preta	WMG	WMG Distribuidora Ltda	X	Produto especificação do tamanho. Fixação elástica por costura única que impede a lavagem em máquina	sem do por que em
Item 13 - Mascara de tecido com dupla camada PP - confortável 100% algodão que proporcione maior respirabilidade, reutilizável, lavável e inclusive em máquina de lavar, com molde anatômico, com elástico flexível. Cor preferencialmente preta.	WMG	WMG Distribuidora Ltda	X	Produto especificação do tamanho. Fixação elástica por costura única que impede a lavagem em máquina	sem do por que em
Item 14 - Protetor facial / FACE SHIELD anatômico e de baixa pesagem, produzida em material antitóxico, com visor transparente incolor (no mínimo 98% de transparência), com espessura de 0,5mm; dimensões: 24x22cm; suporte injetado em plástico de engenharia; superfície lisa e sem porosidade, cinta de fixação produzido em TPE com no mínimo 10 posições de ajuste de tamanho	FIRST	Orgenio Gonçalves Viana Ltda	X	Cinta de fixação em TPE não possui o mínimo de 10 posições de ajuste de tamanho.	
Item 15 - Termometro digital - laser infravermelho multifuncional com múltiplas funções: 0 - 100 °C, pode ser utilizado na medição da temperatura ambiente, objetos, alimentos, água de banho etc, com notificação sonora de temperatura; armazenamento das últimas medições; distância para medição: 3 a 5 cm; Medição em 0,5 segundo; Display LCD de fácil leitura; Desligamento automático em 15 segundos, com 02 Pilhas AA. Garantia mínima de 6 meses.	A empresa não apresentou amostra	MAC Distribuidora Eireli			
Item 16 -	A empresa não	MAC Distribuidora			





PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ALMOXARIFADO

Avental hospitalar descartável. SMS. Confeccionado em não tecido. 100% polipropileno. Manga longa. Fechamento por tiras de fixação p/traz ou p/frente. Dimensão 1,20 cm x 1,50 cm. Não Impermeável, gramatura mínima de 30g/m2 . Exigência de laudo referente a gramatura, eficiência de filtração viral (VFE), eficiência de filtração bacteriológica (BFE), laudos em concordância com a NBR 16693/2018, NBR 10993, Certificado de Aprovação (CA)	apresentou amostra	Eireli			
---	--------------------	--------	--	--	--

Após análise do teste de qualidade, foi lavrado o laudo e assinado pelos presentes.



Sabrina Neves Batista Duarte
Enfermeira
Mat. 151098



Christian Acácio Spagnol
Odontólogo
Mat. 150680



Ingridi Gineili T. Lazaro
Enfermeira
Mat. 151113




PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ALMOXARIFADO


Juliano Bettim Motta
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 16.200 de 01/03/2021


Veruska Karla Scamparle
Coordenador especial
Mat. 77556


Deleide Seabra
Coordenadora
Mat. 77514


Raquel Vieira L. Lavanholo
Coordenador especial
Mat. 78100