



PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ALMOXARIFADO


Laudo de avaliação de amostra


Edital para registro de preços – modalidade Pregão Eletrônico Nº 016/2021

Reuniram-se no Laboratório da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Venécia, no dia 05 de outubro de 2021, às 15:30 horas, a Equipe Técnica do Laboratório, com a finalidade de avaliar os testes rápidos para COVID-19, seguindo as especificações contidas no Processo Licitatório, modalidade Pregão Eletrônico nº 016/2021, tendo como objetivo aquisição de Testes para diagnóstico da COVID-19, cuja amostra da empresa vencedora do certame, foi submetida ao teste visual, prático e tátil, tendo o seguinte parecer:

Descrição	Marca Apresentada	Empresa vencedora	Aprov.	Reprov.	Justificativa
Item 01 – Kit teste p/ coronavírus - COVID-19 IGG/IGM. Reagente para diagnóstico clínico 7, conjunto completo, qualitativo anti coronavírus covid -19, IGG/IGM, método imunoenzimológico.	HANGZHOU DEANGEL BIOLOGICAL	VIA IMPORTER COMERCIO EXTERIOR S/A.		X	Realizado o quantitativo de 10 (dez) amostras de pacientes suspeitos para COVID -19, tanto nos testes que o laboratório já realiza quando nos testes analisado em questão. Após a realização dos testes podemos observar que o teste usado habitualmente no laboratório obteve o resultado de 9 (nove) amostras com resultado positivo para IgG, e 1 (uma) amostra negativa tanto para IgM quanto IgG. Quanto a reprodutibilidade dos teste da HANGZHOU DEANGEL BIOLOGICAL, podemos observar que 1 (uma) amostra reagiu tanto para IgG quanto para IgM, 7 (sete) amostras apresentaram resultados negativos tanto para IgG quanto para IgM e apenas 2 (duas) amostras reproduziram quando comparados ao teste que o laboratório utiliza.

Após análise do teste de qualidade, foi lavrado o laudo e assinado pelos presentes.


Dayane Hoffmann Crause
Bióquímica - CRF: 6544
Mat.: 151068
Setor Laboratório Municipal


Alexney Panslere Lourenço
Bióquímico - CRF: 3413
Mat.: 151115
Setor Laboratório Municipal